

Wichtige Information:

# Übersicht Blutzuckermessgeräte nach DIN EN ISO 15197:2013

Stand: Juni 2015



Hersteller	Messgerät	ISO erfüllt	ISO nicht erfüllt
Abbott	FreeStyle Freedom Lite	x	
	FreeStyle Precision Neo	x	
	FreeStyle Libre	x	
Agamatrix	Presto		x
Aktivmed	GlucoCheck Excellent	x	
	GlucoCheck XL	x	
Alere	Gluko Talk		x
Bayer	Contour		X
	Contour USB		X
	Contour LINK		x
	Contour XT	X	
	Contour NEXT	X	
	Contour NEXT USB	x	
	Contour NEXT LINK	X	
	Breeze 2		x
B.Braun	Omnitest 3	x	
	Omnitest plus	x	
Berger Med	alphachek	x	
Beurer	Beurer GL 34-Sprachausgabe	x	
	Beurer GL 40	X	
	Beurer GL 44	X	
	Beurer GL 50	x	
HMM	smartLAB sprint nG	x	
Imaco	BIONANO	x	
Lifescan	One Touch Ultra		x
	One Touch Verio	X	
	One Touch Verio IQ	X	
	One Touch Vita		X
	One Touch Select Plus	X	
	One Touch Verio Flex	x	
MED TRUST	Wellion Calla Dialog	X	
	Wellion Calla Light	X	
	Wellion Calla Premium	X	
	Wellion Calla Classic	X	
	Wellion Calla Mini	X	
	Wellion SmartSystem 2		
	Wellion Luna Duo	X	

	Wellion Luna Duo Style	X	
Menarini	GlucoMen areo	x	
	GlucoMen GM	X	
	GlucoMen LX Plus	X	
	GlucoMen Ready	x	
MSP bodmann	GlucoSmart Swing	x	
OMRON	Omron HEA-221 Set		x
Roche	Accu-Chek Aviva	X	
	Accu-Chek Aviva Nano	X	
	Accu-Chek Aviva Combo	X	
	Accu-Chek Aviva Expert	X	
	Accu-Chek Aviva Connect	x	
	Accu-Chek Aviva Insight	x	
	Accu-Chek Compact Plus	x	
	Accu-Chek Mobile	x	
Sanofi	BG Star	X	
	iBG Star	X	
	MyStar Extra	x	
STADA	STADA Gluco Result	X	
	STADA Gluco Result To Go	x	
TERUMO	Terumo FINETOUCH		x
	Terumo MEDISAFE FIT	X	
Ypsomed	Mylife Pura	x	
	Mylife Unio	x	